



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA BASILICATA

IL PRESIDENTE

Via Vincenzo Verrastro, 6 - 85100 Potenza
Tel. 0971 447120/0971 447144
Fax 0971.447184
carmine.cicala@regione.basilicata.it

Protocollo n.

5065/c

Potenza, 22 SET. 2022

Al Consigliere regionale
Giovanni PERRINO

S E D E

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 510 avente ad oggetto: "Procedura di gara "Realizzazione di un sistema di radioterapia per l'Azienda Sanitaria di Matera comprensivo di progettazione esecutiva, costruzione bunker radioterapico, fornitura, installazione ed avviamento di un acceleratore lineare" - Riscontro.

Si trasmette, in allegato, il riscontro relativo all'interrogazione richiamata in oggetto.

Cordiali saluti.

Carmine CICALA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA

510



azienda sanitaria locale
materà

IL DIRETTORE GENERALE

Tel.: 0835/253756
Fax.: 0835/253651
e-mail: sabrina.pulvirenti@asm Basilicata.it

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20)

| | | |
|-----------------------------------|--------|----|
| CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA | | |
| ARRIVO | | |
| 12 SET. 2022 | | |
| Prot. N° | 4926/c | |
| Cat. | Cl. | N. |

Al Direttore Generale per la Salute e le Politiche della Persona
Dr. Domenico Tripaldi
pec: dg_sanita@cert.regione.basilicata.it

All'Assessore alla Salute
Avv. Francesco Fanelli
Pec: ass_sanita@cert.regione.basilicata.it

| |
|-----------------------------------|
| Ufficio Segreteria dell'Assemblea |
| PRESA IN CARICO |
| 12 SET. 2022 |
| Operatore <u>A.M.</u> |

Oggetto: Interrogazione n. 510 del Consigliere Perrino – riscontro.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, inviata tramite e-mail in data 04.08.2022 dall'Ing. Giuseppe Golia, si trasmette in allegato, nota di riscontro a firma congiunta dell'Ing. Giovanni Donadio, Direttore dell'UOC Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio e dell'Ing. Teresa Bengiovanni, Dirigente dell'UOC Innovazioni Tecnologiche. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Direttore Generale
Dr. ssa Sabrina Pulvirenti

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA



Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio

Direttore: ing. Giovanni Donadio

Funzionario referente:

Via Montescaglioso, sn6

Tel. 0835/253574

Pec: uo.gestione.technica@pec.asmbasilicata.it

Class:

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art.20)



Protocollo: 000035645

Data: 04/08/2022

AOO: ASM Sede Centrale

Cod. Amm. : a_077

Al Direttore Generale
Dott.ssa Sabrina Pulvirenti

SEDE

Oggetto: : Nota regionale prot. 4135/C del 18/07/2022, concernente " *Interrogazione a risposta scritta del Consigliere Perrino, avente ad oggetto: " Realizzazione di un sistema di radioterapia per l'Azienda Sanitaria di Matera comprensivo di progettazione esecutiva, costruzione bunker radioterapico, fornitura, installazione ed avviamento di un acceleratore lineare "* - (510) - RISCONTRO nota mail del 04/08/2022.

Con riferimento alla nota pervenuta via mail il 04/08/2022 da parte dell'ing. Giuseppe Golia, P.O. Programmazione e Gestione degli Investimenti dell'Ufficio Finanze del SSR Dipartimento Politiche della Persona, che a buon fine si allega (allegato 1), che richiede informazioni per rispondere all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue:

1. con la Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Appalti Servizi e Forniture SUA-RB n. 20AC.2021/D00071 del 23/03/2021, notificata con nota pec prot. n. 2021-0063915 del 25/03/2021, pervenuta al prot. Aziendale n° 20210018815 del 25/03/2021 :
 - è stata disposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5 del D.Lvo n.50/2016 l'aggiudicazione non efficace nei confronti dell'operatore economico RTI Elekta spa - Teknos srl;
 - si è specificato che l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come previsto dall'art. 32, comma 7 del D.Lvo n.50/2016 e che all'esito dei controlli effettuati si darà notizia all'Amministrazione Committente ed ai soggetti indicati all'art. 76, comma 5, lett a, del Codice dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.
2. con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Finanze del SSR n. 13AO.2021/D00210 del 31/05/2021 è stata impegnata a favore dell'Azienda Sanitaria di Matera (ASM) l'importo di € 500.000,00 al fine di garantire la copertura finanziaria in quota statale all'intervento in oggetto, approvato con DGR 775 del 05/11/2020;
3. con nota pec prot. n. 106850/20AC del 08/06/2021, pervenuta al prot. Aziendale n° 34074 in data 10/06/2021, il Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA- RB) ha comunicato che l'aggiudicazione è divenuta efficace;
4. con Deliberazione del Commissario Straordinario con funzioni di Direttore Generale n. 415 del 17/06/2021, si è preso atto, tra l'altro, della aggiudicazione efficace del

Sede Legale: Via Montescaglioso sn6 75100 Matera P.IVA e C.F. 01178540777
www.asmbasilicata.it PEC : asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA



Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio
Direttore: ing. Giovanni Donadio
Funzionario referente:
Via Montescaglioso, snc
Tel. 0835/253574
Pec: uo.gestione.technica@pec.asmbasilicata.it


procedimento di gara in oggetto, espletato dalla SUA-RB, nei confronti dell'operatore economico RTI Elekta Spa (mandataria) - Teknos srl, per l'importo complessivo di € 3.652.225,25 oltre IVA e oneri di legge così distinti:

€ 3.627.225,25 al netto del ribasso offerto pari al 1,30% oltre IVA, per lavori e forniture;

€ 25.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

5. con nota prot. n. 35709 del 21/06/2021 è stato comunicato alla RTI Elekta Spa (mandataria) - Teknos srl di presentare il progetto esecutivo, nei termini così come previsti dalla lex specialis di gara;
6. durante le attività di analisi e confronto tra questa Azienda e la RTI, si è dato atto, tra le altre, della necessità di aggiornare la documentazione progettuale alle norme tecniche strutturali vigenti (NTC);
7. con nota pec acquisita in data 09/08/2021 al n. 41851/2021 del prot. generale aziendale, l'Esperto qualificato di III grado, ha trasmesso la Verifica proteximetrica;
8. la RTI, in data 11/10/2021 prot. n°50554 ha inviato il progetto esecutivo, avviando tutte le attività consequenziali della "fase di verifica".
9. con Deliberazione n° 758 del 01/12/2021, si è proceduto ad affidare l'incarico di Direzione dei Lavori; e in data 2/12/2021 alla sottoscrizione del Contratto di Appalto;
10. con nota prot. 62460 del 23/12/2021, ad oggetto "*Fondi disponibili per il finanziamento di interventi strutturali riguardanti l'edilizia e l'ammodernamento del parco tecnologico in sanità. Costruzione Nuovo Accordo di Programma. Risccontro nota prot. 19212/13BA del 02/12/2021*" inviata all'Assessore alla Sanità ed al Direttore Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata, questa Azienda Sanitaria ha proposto una pianificazione degli interventi, tra i quali la sostituzione del sistema tecnologico offerto dagli operatori economici aggiudicatari dell'appalto de quo, con un sistema innovativo dotato di una RMN ad alto campo integrata con l'acceleratore lineare, per un importo stimato di € 5.002.000,00 da sommarsi all'importo già assegnato;
11. in esito alla analisi congiuntamente svolta, la RTI ELEKTA S.p.A. TEKNOS S.r.l. aggiudicataria dei lavori e della fornitura in oggetto, con nota prot. 4164 del 21/01/22, ha trasmesso la documentazione progettuale rivisitata negli aspetti tecnici ed economici. Il nuovo Quadro Economico riferito alle opere in appalto integrate da opere di adeguamento alle nuove norme vigenti e da opere di completamento funzionali alla messa in esercizio dell'attività, non contemplate nel progetto definitivo e nel relativo quadro economico predisposto dalla Stazione Appaltante, comporta un incremento complessivo della spesa pari ad € 413.471,476 comprensivo di iva al 10%. Pertanto, per completare ed attivare le procedure necessarie alla validazione finale del progetto esecutivo presentato, e quindi di conseguenza per la cantierizzazione dell'intervento, risulta indispensabile acquisire la disponibilità delle somme eccedenti evidenziate.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA



azienda sanitaria locale
materà

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio

Direttore: ing. Giovanni Donadio

Funzionario referente:

Via Montescaglioso, snc

Tel. 0835/253574

Pec: uo.gestione.tecnica@pec.asmbasilicata.it

12. La scelta strategica di introdurre importanti innovazioni tecnologiche, funzionalità diagnostiche e terapeutiche, a beneficio non solo della Comunità Locale ma dell'intera Regione e delle Aree Confermini, con l'introduzione dell'eventuale nuovo sistema di radioterapia comporta il necessario **aggiornamento/rivisitazione** del progetto esecutivo che preveda di configurare un bunker, idoneo anche ad un sistema innovativo dotato di una RMN ad alto campo integrata con l'acceleratore lineare, confermando l'altro bunker per il posizionamento dell'acceleratore lineare fornito, come da contratto, dalla Ditta affidataria.
13. Allo stato l'impresa aggiudicataria è impegnata nella rielaborazione del progetto che definisca le ipotesi tecnico ed economiche definitive, utili a quantificare in modo puntuale le risorse economiche necessarie. A seguito della formale approvazione, si potrà procedere alla validazione del progetto e la successiva **cantierizzazione**.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

Allegati: c.s.

Il Dirigente

UOC Innovazioni Tecnologiche

Ing. Teresa Boggianni

Il Direttore

UOC Attività Tecniche/RUP

Ing. Giovanni Donadio

3

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs. 39/1993)


ALL. 1

I: Interrogazione a risposta scritta n. 510

Golia Giuseppe <giuseppe.golia@regione.basilicata.it>

gio 04/08/2022 09:42

A: Giovanni Donadio <Giovanni.Donadio@asmbasilicata.it>; Teresa Bengiovanni <Teresa.Bengiovanni@asmbasilicata.it>

 1 allegati (1 MB)

Interrogazione n. 510 a risp. scritta Perrino su Gara realizzazione sistema radioterapia ASM Matera.pdf

Buongiorno,

si trasmette in allegato l'interrogazione a risposta scritta del Consigliere Perrino con la quale viene chiesto di relazionare sugli ultimi aggiornamenti relativi alla gara di realizzazione del Sistema di Radioterapia a Matera. Si chiede gentilmente di predisporre tale relazione al fine di poter passare tutte le informazioni richieste all'Assessore.

Nel ringraziarvi, porgo cordiali saluti.

Ing. Golia

[[{logoURL}]] Logo

ASM Matera

Centralino: 0835/253111 - 0835/252111

Via Montescaglioso
75100 - Matera<https://www.asmbasilicata.it> [facebook icon](#)

Questa e-mail potrebbe contenere informazioni confidenziali o privilegiate. Se non siete il giusto destinatario per favore informate subito il mittente e distruggetela. Qualsiasi copia non autorizzata, divulgazione o distribuzione del materiale in questa e-mail è assolutamente proibito.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.